



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 – ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 124 61
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 213 2046170 -171
FAX : 213 2046400
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 939 / 738149

ΧΑΪΔΑΡΙ 23-1-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
(ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

9-2-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00' π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

9-2-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00' π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 – ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 124 61**

Το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007
2. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014
3. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014
4. Τις διατάξεις του Ν. 3846/2010 περί παρατηρητηρίου τιμών, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 433/737643/14-1-2015 έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ

Διαγωνισμό με διαδικασίες απ' ευθείας ανάθεσης με συλλογή σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια ιατρικού οξυγόνου (αναδόμωση φιαλών ιατρικού οξυγόνου), προϋπολογισμού 8.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α', το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης, με τους παρακάτω βασικούς και ουσιώδεις όρους:

ΑΡΘΡΟ 1°

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και διαθέτουν ειδική άδεια εμφιάλωσης για ιατρικό αέριο οξυγόνο από τον ΕΟΦ.

ΑΡΘΡΟ 2°

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται:

1. Έγγραφη προσφορά, καθαρογραμμένη και συνταγμένη στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον πίνακα του άρθρου 5 της παρούσας διακήρυξης. Εάν στην προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, πρέπει αυτή να είναι μονογραμμένη και σφραγισμένη από τον προσφέροντα.
2. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν αναφέρει συγκεκριμένα τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται.
3. Ειδική άδεια σε ισχύ, εμφιάλωσης ιατρικού αέριου οξυγόνου, από τον ΕΟΦ.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Τμήμα Γραμματείας-Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου και θα πρωτοκολληθούν.

ΑΡΘΡΟ 3°

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία μας πριν από τη λήξη αυτής.

ΑΡΘΡΟ 4°

Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της προμήθειας σε άλλον προμηθευτή από τον προσφέροντα στον οποίο θα του κατακυρωθεί η προμήθεια του ιατρικού αέριου οξυγόνου (αναγόμωση φιαλών ιατρικού οξυγόνου).

ΑΡΘΡΟ 5°

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ
1	ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 4,4 m³ ΕΩΣ 10,7 m³	2.500 m³		
2	ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 1,1 m³ ΕΩΣ 2,1 m³	300 ΤΕΜΑΧΙΑ		
3	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΦΙΑΛΗΣ			
4	ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΦΙΑΛΗΣ			
5	ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ ΦΙΑΛΗΣ			

A) Οι τιμές θα πρέπει να είναι εντός των ορίων του Παρατηρητηρίου Τιμών

B) Το κόστος για τη μεταφορά των φιαλών, το κόστος διαχείρισης επικίνδυνων υλικών-αερίων, το κόστος ελέγχου και καθαρισμού των φιαλών και οποιοδήποτε άλλο κόστος που έχει σχέση με την τιμολογιακή πολιτική του εκάστοτε προμηθευτή θα περιλαμβάνονται στην προσφερόμενη τιμή για το ιατρικό αέριο οξυγόνο

ΑΡΘΡΟ 6°

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής και τη θεώρησή του από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 7°

Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:

A) Για το ιατρικό αέριο οξυγόνο – ανταλλακτικά των φιαλών

- Φόρος 4%
- Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας
- Κράτηση 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20%

B) Για τις εργασίες

- Φόρος 8%
- Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας
- Κράτηση 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20%

ΑΡΘΡΟ 8°

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του παραπάνω διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των **8.000,00 ευρώ συμ/νου Φ.Π.Α.**

ΑΡΘΡΟ 9°

- 1) Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.118/2007 και του Ν.4281/2014 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.
- 2) Το Παράρτημα Α΄ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Το παρόν έγγραφο περιγράφει τις τεχνικές προδιαγραφές του ιατρικού αέριου οξυγόνου που θα χρειαστεί το Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» για τη διάρκεια ενός (1) έτους.

Οι φιάλες που πρόκειται να αναγομωθούν είναι ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου.

Συγκεκριμένα:

- Η καθαρότητα του αέριου οξυγόνου θα είναι όπως καθορίζεται από τον Ε.Ο.Φ. σε 99,5% κατ' όγκο
- Οι φιάλες του αέριου οξυγόνου θα πρέπει να μεταφέρονται στον χώρο του Νοσοκομείου σε πίεση 200 atm
- Οι τύποι των φιαλών που πρόκειται να αναγομωθούν είναι:
 - Φιάλες O₂ χωρητικότητας 50 lt (περιεχόμενο 10,7 m³) πίεσης 200 atm
 - Φιάλες O₂ χωρητικότητας 10 lt (περιεχόμενο 2 m³) πίεσης 200 atm
 - Φιάλες O₂ χωρητικότητας 7 lt (περιεχόμενο 1,5 m³) πίεσης 200 atm
- Τα κλείστρα των φιαλών που πρόκειται να αλλαχτούν λόγω βλάβης, θα είναι καινούργια και θα πληρούν τους κανόνες καλής λειτουργίας-ασφάλειας και τις προδιαγραφές του Ε.Λ.Ο.Τ.
- Ο έλεγχος των φιαλών θα πρέπει να γίνεται σε πίεση 300 atm
- Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει άδεια εμφιάλωσης για ιατρικό αέριο οξυγόνο από τον ΕΟΦ
- Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί, υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες των αερίων εντός σιδηροφιαλών στην αποθήκη του Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
- Η εκτέλεση των παραγγελιών θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε 3 εργάσιμες ημέρες

Οι εταιρείες, στην προσφορά που θα καταθέσουν, θα πρέπει να αναφέρουν:

- Το ακριβές κόστος της υδραυλικής δοκιμής ανά φιάλη
- Το ακριβές κόστος της αλλαγής του κλείστρου της φιάλης

Σε κάθε περίπτωση, **πριν** από την υδραυλική δοκιμή ή την αλλαγή του κλείστρου της φιάλης, η ανάδοχος εταιρεία (προμηθευτής) θα ενημερώνει το τμήμα Β.Ι.Τ. του Νοσοκομείου. Η ανάδοχος εταιρεία (προμηθευτής) μετά από κάθε υδραυλική δοκιμή – αλλαγή κλείστρου θα προσκομίζει στο Νοσοκομείο το αντίστοιχο πιστοποιητικό και θα αναγράφεται σε αυτό ο σειριακός αριθμός της φιάλης.

ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΗΧ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ