

16PROC005436856 2016-11-23



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 , ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 213 2046170 -171
FAX : 213 2046400
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 12960 / 765650

ΧΑΪΔΑΡΙ 23-11-2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

**ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.778,54 € ΣΥΜΠΛΟΥΣ ΦΠΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

6-12-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00΄ π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

6-12-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30΄ π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61**

16PROC005436856 2016-11-23

Το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ. Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-3-2014 τ. Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»
3. Το Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/11-5-2010 τ. Α΄) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις»
4. Το Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/1-3-2012 τ. Α΄) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ... και άλλες διατάξεις»
5. Την εγκύκλιο Νο.18 (αρ. πρωτ.: ΔΝΣα΄/οικ.68559/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19-10-2016) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (ΑΔΑ: 7ΛΜ74653ΟΞ-ΖΨ7)
6. Την έγκριση του Προέδρου του Νοσοκομείου στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 9944/762634/7-9-2016 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών του Νοσοκομείου
7. Την απόφαση της υπ΄ αριθμ. 2257/17-12-2015 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, θέμα 18^ο, «Νομιμοποιήσεις υπογραφών για το έτος 2016»
8. Την απόφαση της υπ΄ αριθμ. 2266/10-3-2016 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, θέμα 4^ο, «Τροποποίηση νομιμοποίησης υπογραφών έτους 2016»

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ

Διαγωνισμό με διαδικασίες απευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια **ακτινολογικών φιλμ**, προϋπολογισμού 5.778,54 ευρώ συμ/νου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης, με τους παρακάτω βασικούς και ουσιώδεις όρους:

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται:

16PROC005436856 2016-11-23

- Εγγραφή προσφορά, καθαρογραμμένη και συνταγμένη στην Ελληνική γλώσσα. Εάν στην προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, πρέπει αυτή να είναι μονογραμμένη και σφραγισμένη από τον προσφέροντα.
- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του προσφέροντα, ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά αναφέρει συγκεκριμένα τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Τμήμα Γραμματείας-Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου και θα πρωτοκολληθούν.

ΑΡΘΡΟ 3°

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί εγγράφως από την υπηρεσία μας, πριν από τη λήξη αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4°

Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της προμήθειας, σε άλλους προμηθευτές, από τους προσφέροντες στους οποίους θα κατακυρωθεί η προμήθεια των ακτινολογικών φιλμ.

ΑΡΘΡΟ 5°

Η προσφερόμενη τιμή θα αναλύεται ανά είδος ως εξής:

- A) Καθαρή αξία (τιμή χωρίς Φ.Π.Α.) σε ευρώ ανά είδος και ανά μονάδα μέτρησης
B) Συντελεστής Φ.Π.Α. (%) ανά είδος

Οι τιμές θα πρέπει να είναι εντός των ορίων του Παρατηρητηρίου Τιμών (όπου υπάρχουν) και εντός του προϋπολογισμού δαπάνης του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 6°

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία της υπογραφής της.

Σε περίπτωση που υπογραφεί σύμβαση σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο, από ενιαίους διαγωνισμούς, η σύμβαση θα πάψει να ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7°

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα είδη των ακτινολογικών φιλμ στην Αποθήκη Υλικού του Νοσοκομείου, μετά από έγγραφη παραγγελία και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου.

ΑΡΘΡΟ 8°

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής και τη θεώρησή του από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

16PROC005436856 2016-11-23

ΑΡΘΡΟ 9°

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:

- Φόρος 4%
- Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας
- Κράτηση 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20%

ΑΡΘΡΟ 10°

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 5.778,54 ευρώ συμπτ/νου Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 11°

- 1) Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.
- 2) Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΠΡΩΙΟΣ

16PROC005436856 2016-11-23
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΗΛ: 2132046151-119 FAX: 2132046282

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΦΙΛΜ ΓΙΑ DRY ΚΑΜΕΡΑ

- Θα είναι φιλμ υψηλής τεχνολογίας, απολύτως κατάλληλο για την DRY κάμερα Agfa τύπου **DRYSTAR 5302**.
- Θα είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα βασιζόμενα σε ειδικές τεχνικές ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις οπτικής πυκνότητας και αντίθεσης της απεικόνισης εξετάσεων αξονικού τομογράφου.

Θα καλύπτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Να είναι τεχνολογίας Direct Digital Imaging.
- Να είναι Blue base.
- Η μέγιστη οπτική πυκνότητα (Maximum optical density) να είναι ≥ 3
- Τα φιλμ θα παραδίδονται σε συσκευασία κατάλληλη για χρήση στο φως της ημέρας (Daylight film loading)
- Τα φιλμ δεν θα είναι ευαίσθητα στο φως της ημέρας.

Μεγέθη:

Να προσφερθούν φιλμ στη κατωτέρω διάσταση

- 35 X 43 cm (14 X 17 inch) 15 τεμ X 100 φιλμ = 1500φιλμ
- 25 X 30 cm (10 X 12 inch) 18 τεμ X 100 φιλμ = 1800φιλμ

Συσκευασία:

- Η ημερομηνία λήξης των φιλμ θα είναι 18 μήνες μετά από την ημερομηνία παράδοσης.
- Να αναφερθούν οι συνθήκες αποθήκευσης πριν από τη χρήση.
- Να αναφερθούν οι συνθήκες αποθήκευσης μετά την εκτύπωση.

ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΗΧ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ M.Sc